

Czarniecka Góra dn. 06.10.2020 r.

Znak sprawy: DT.ZP 252.33.2020

### Wyjaśnienie nr 1

do

zapytania ofertowego

na

„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

#### Pytanie nr 1

Pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści resuscytator silikonowy, bez lateksu, o objętości worka 1650ml i rezerwuaru 2000ml?

#### Odpowiedź

**Tak** - Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy, bez lateksu, o objętości worka 1650ml i rezerwuaru 2000ml

#### Pytanie nr 2

Pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozmiarze 5?

#### Odpowiedź

**TAK** - Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozmiarze 5.

#### Pytanie nr 3

Pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134 stopniach – za wyjątkiem rezerwuaru w kolorze mleczno-przeźroczystym?

#### Odpowiedź

**TAK** - Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134 stopniach – za wyjątkiem rezerwuaru w kolorze mleczno-przeźroczystym.

#### Pytanie nr 4

Pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozmiarze 2?

#### Odpowiedź

**NIE** – Zamawiający nie dopuszcza resuscytatora w zestawie z maską o rozmiarze 2.

**Pytanie nr 5**

Pozycje nr 3, 4, 5 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na pozycje nr 3, 4 i 5 lub utworzy z nich osobne zadanie?

**Odpowiedź**

Wykonawca nie musi składać oferty na całość przedmiotu zamówienia: może złożyć ofertę na wybrany asortyment.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator ze średnią masą cząsteczek MMD: 2,2µm?

**Odpowiedź**

Tak - Zamawiający dopuści nebulizator ze średnią masą cząsteczek MMD: 2,2µm

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator ze średnią masą cząsteczek MMD: 2,45 µm?

**Odpowiedź**

Tak - Zamawiający dopuści nebulizator ze średnią masą cząsteczek MMD: 2,45 µm.

KIEROWNIK ds. PRZEPŁYNNOSTWA  
mgr Marek Fiećk  
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  
epidemiologicznego

DIREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnej Górze  
mgr Mariusz Gil