

Czarniecka Góra dn. 07.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP.252.35.2020

Wyjaśnienie nr 1

do zapytania ofertowego

na

„Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Pytanie część nr 3 Aparat do mierzenia ciśnienia z wyposażeniem na statywie-6 szt

Czy Zamawiający dopuści aparat z mankietem dwuprzewodowym na obwód ramienia 23-40 cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza aparat z mankietem dwuprzewodowym na obwód ramienia 23-40 cm.

KIEROWNIK ds. PIELĘGNIARSTWA

mgr Maria Zięcik

*specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego*

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

mgr Mariusz Gł