

Czarniecka Góra dn. 16.10.2020 r.

Znak sprawy: DT.ZP 252. 38.2020

### Wyjaśnienie nr 3

do

zapytania ofertowego

na

„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

- lampa bakteriobójcza UVC 2x55W PRG przepływowa na statywie
- zestaw do konikotomii
- laryngoskop (rękojeść + tyżki)
- resuscytator silikonowy dla dorosłych
- resuscytator silikonowy dla dzieci
- igła doszpikowa dla dorosłych
- igła doszpikowa dla dzieci
- reduktor tlenu
- pulsoksymetr

**Pytanie nr 1** Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy z maską w rozmiarze 5, workiem o pojemności 1650 ml i objętością worka rezerwuaru tlenu o pojemności 2000 ml przy pozostałych parametrach bez zmian?

#### Odpowiedź

**Tak** – Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy z maską w rozmiarze 5, workiem o pojemności 1650 ml i objętością worka rezerwuaru tlenu o pojemności 2000 ml przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie nr 2** Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z maską w rozmiarze 2 z rezerwuarem tlenowym w kolorze białym przy pozostałych parametrach bez zmian?

#### Odpowiedź

**Tak** – Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z maską w rozmiarze 2 z rezerwuarem tlenowym w kolorze białym przy pozostałych parametrach bez zmian.

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*Mariusz Ch*

Cecile Apieszka