

Czarniecka Góra dn. 28.02.2020 r.

Znak sprawy: DT – ZP.252.3.2020

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” po dokonaniu czynności oceny złożonych ofert, zostały wybrane oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nazwa przedmiotu Zamówienia	Punkty za kryterium cena 85%	Punkty za kryterium okres gwarancji 15%	Suma punktów
1	Kredos ul. Popieluszki 10/21 10-685 Olsztyn	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 5 szt.	85	15	100
2	M4Medical Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin	aparat do EKG – 2 szt.	85	15	100
3	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A Wrocław Oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117	Inhalator – 4 szt.	85	15	100
4	RespiCare ul. Leszno 34/36 01-199 Warszawa	Koncentrator tlenu – 2 szt.	85	15	100

5	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Leczniczego „Cezal” Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 27-147 Lublin	Kozetka lekarska/leżanka – 1 szt.	85	15	100
		Otoskop – 4 szt.	85	15	100
		Ssak medyczny – 1 szt.	85	15	100
		Stolik zabiegowy – 1 szt.	85	15	100
		Wózek inwalidzki – 5 szt.	85	15	100

1. Uzasadnienie wyboru

Oferty wyżej wymienionych firm otrzymały najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu przyjętym kryterium oceny ofert była cena 85% i okres gwarancji 15%. W/w oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nazwa przedmiotu Zamówienia	Punkty za kryterium cena 85%	Punkty za kryterium okres gwarancji 15%	Suma punktów
1	Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze	Inhalator – 4 szt.	12,32	15	27,32
2	L.P.W. Romar Roman Marciniak I. Kilińskiego 12 63-000 Środa Wlkp.	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 5 szt.	69,79	15	84,79
		Wózek inwalidzki – 5 szt.	77,15	15	92,15
3	Farum Sp. z o.o. 02-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74	oferta odrzucona			
4	RespiCare ul. Leszno 34/36 01-199 Warszawa	Koncentrator tlenu – 2 szt.	85	15	100

5	F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda ul. Ogrodowa 3b 43-300 Bielsko Biała	Aparat do EKG – 2 szt.	75,78	15	90,78
6	Akson Sp. z o.o. Sp.K 40-608 Katowice ul. Kościuszki 346 A	Wózek inwalidzki – 5 szt.	78,54	15	93,54
7	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A Wrocław Oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117	Aparat do EKG – 2 szt.	35,98	15	50,98
		Inhalator – 4 szt.	85	15	100
		Koncentrator tlenu – 2 szt.	78,70	15	93,70
		Wózek inwalidzki – 5 szt.	78,54	15	93,54
8	M4Medical Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin	Aparat do EKG – 2 szt.	85	15	100
9	Kredos ul. Popieluszki 10/21 10-685 Olsztyn	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 5 szt.	85	15	100
		Aparat do EKG – 2 szt.	70,06	15	85,06
		Inhalator – 4 szt.	oferta odrzucona		
10	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal” Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 27-147 Lublin	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 5 szt.	79,98	15	94,98
		Inhalator – 4 szt.	73,28	15	88,28
		Kozetka lekarska/leżanka – 1 szt.	85	15	100
		Otoskop – 4 szt.	85	15	100
		Ssak medyczny – 1 szt.	85	15	100
		Stolik zabiegowy – 1 szt.	85	15	100

		Wózek inwalidzki – 5 szt.	85	15	100
--	--	---------------------------	----	----	-----

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

1. W przedmiotowym postępowaniu oferta Wykonawcy „Farum” Sp. z o.o., 02-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74 na część nr 2 przedmiotu zamówienia (aparat do EKG-2 szt.) – została odrzucona. Zamawiający wymagał aby do każdego z oferowanych aparatów EKG dostarczony był oryginalny wózek producenta dedykowany pod oferowany aparat. W dniu 20.02.2020 r. na stronie internetowej www.rehabilitacjascr.pl Zamawiający zamieścił zmianę treści zapytania ofertowego do załącznika nr 2 specyfikacji technicznej – Aparat do EKG – 2 szt., dodając zapis w brzmieniu „Stolik jezdny „oryginalny” przewidziany przez producenta do oferowanego aparatu”. Wykonawca składając ofertę nie uwzględnił wprowadzonych zmian do specyfikacji technicznej. W związku z powyższym oferta Wykonawcy na część nr 2 aparat EKG – 2 szt. została odrzucona.

2. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy „Kredos” ul. Popiełuszki 10/21, 10-685 Olsztyn na część nr 3 przedmiotu zamówienia (Inhalator – 4 szt.). Zamawiający wymagał inhalatora generującego aerozol o średniej masie cząsteczki MMAD 2,4 mikrony. Udzielając wyjaśnień do zapytania ofertowego, Zamawiający dopuścił inhalator generujący aerozol o średniej masie cząsteczki MMAD 2,5 µm oraz 2,2 µm. Wykonawca w ofercie zaproponował inhalator o średniej masie cząsteczek MMAD 2,07 mikrona. W związku z powyższym oferta Wykonawcy na część nr 3 Inhalator 4 szt. została odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego (specyfikacji technicznej).

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

DIREKTOR
Centrum Rehabilitacji
w Olsztynie
mgr Mariusz Gil

Cecka Apnieszka